

Oksijen Flowmetresi Teknik Şartnamesi

- Hastane merkezi sisteme uygun olmalıdır. –BS -İngiliz Stn.
- Merkezi sistem bağlantı jakı pirinç malzemeden olmalıdır.
- Skala 0-17 lpm aralığında 1 lpm artışı olmalıdır.
- Skala tüpü ve koruma camı kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Flowmetre gövde ve tüm bağlantı elemanları MS58 pirinç malzemeden, mamül krom kaplı olmalıdır.
- Nemlendirici şişe bağlantı kapağı alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Plastik malzeme hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
- Nemlendirme çubuğu ve dağıtıcısı alüminyum özellikte olmalıdır.
- Nemlendirici şişesi kırılmaz polikarbon malzemeden yapılmış ve 250 cc olmalıdır.
- Nemlendirme şişesi içindeki nemlendirme çubuğu alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Silikon hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
- Flowmetre +134 °C sterilizasyonda otoklava dayanıklı olmalıdır.
- Debi ayar vidası 304 kalite paslanmaz olmalıdır.
- Ayar düğmesi üzerinde O₂ etiketi olmalıdır.
- Ürünün kullanım kılavuzu olmalıdır.
- İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi olmalıdır.

Serdar YILMAZ
Şi.

CALEPE

Onur AKBEL
Sınırlı Güvence Sorumluluğu
417853
İlker CAN
İdari ve Teknik Sorumlu