

STERİLİZASYON KONTEYNER ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Etiketler sterilizasyon konteynerleri üzerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Etiketler, sterilizasyon işlemi sırasında kullanılan sıcaklık, nem ve basınç koşullarına dayanıklı olmalıdır.
3. Buhar sterilizasyonunda kullanılacak etiketler, en az 134 °C sterilizasyon koşullarına uygun olmalıdır.
4. Etiket, sterilizasyon işlemi sonrasında okunabilirliğini ve yüzeye yapışma özelliğini korumalıdır.
5. Etiket üzerinde bulunan yazı, baskı veya barkod/QR kod gibi tanımlayıcı bilgiler sterilizasyon işlemi sonrasında silinmemeli, dağılmamalı veya okunamaz hale gelmemelidir.
6. Etiket yapışkanı, sterilizasyon konteynerinin yüzeyine zarar vermemeli ve normal kullanım koşullarında etiketten ayrılmaya neden olmamalıdır.
7. Etiket, sterilizasyon konteynerinin metal yüzeyine güvenli şekilde yapışabilmeli ve sterilizasyon, taşıma ve depolama sırasında yerinden çıkmamalıdır.
8. Etiket yüzeyi üzerine yazı yazılabilmesine veya etiketin termal/yazıcı ile basılabilmesine uygun olmalıdır.
9. Etiket malzemesi, sterilizasyon koşullarında erime, deformasyon, kabarma veya parçalanma yapmamalıdır.
10. Etiket ölçüsü, kullanılacağı konteyner üzerinde kolayca okunabilecek ve uygulanabilecek boyutta olmalıdır.
11. Etiket ölçüsü yaklaşık 75 mm X 35 mm olmalıdır.
12. Etiket üzerinde aşağıdaki bilgilerin yazılabilmesine uygun alan bulunmalıdır:
 - Konteyner/ set adı,
 - Set veya konteyner numarası,
 - Sterilizasyon tarihi,
 - Son kullanma/sterilite tarihi, uygulanıyorsa,
 - Sterilizasyon yük/çevrim numarası,
 - Operatör veya birim bilgisi,
13. Etiket uygulandığı yüzeyden kendiliğinden ayrılmamalıdır.
14. Ürünler üretici tarafından uygun şekilde ambalajlanmış olarak teslim edilmelidir.

15. Ambalaj üzerinde ürün adı, ürün kodu, üretici bilgisi, üretim tarihi ve gerekiyorsa lot/parti numarası bulunmalıdır.
16. Ürünler taşıma ve depolama sırasında nem, ısı ve fiziksel hasardan korunacak şekilde ambalajlanmalıdır.
17. İhaleye giren firmaların 3 adet numune getirmeleri gerekmektedir.
18. Numunelerin değerlendirilmesi için Merkezi Sterilizasyon Ünitesine teslim edilmesi gerekmektedir.
19. Teknik Şartnameye uymayan ürünler kabul edilmeyecektir.

SEKİAT ERGAY TUT
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Merkezi Sterilizasyon
Ünitesi Sorumlu Hemşiresi

Dr. Ebru EVREN YURTCU
Ankara Üniversitesi SUAH
İbn-i Sina Araştırma ve
Uygulama Hastanesi
Başhekim Yardımcısı
17.09. 2026