



HASTA TRANSFER SİSTEMİ (ROLLBORD) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Minder hastanın, ameliyat masası - hasta yatağı - mobil sedyeler arasında fazla güç harcamadan transferini sağlamalıdır.
2. Biri sabit gövde, diğeri dönebilir özel kumaştan mamul olmalıdır. Döner kumaş boy birleşim yeri bakteri yuvalanmasını önlemek teflon kaplı olmalı, yırtılmalara dayanıklı olması için en az 1 mm kalınlığında olmalı ve iç yüzeyi kir birikimini engellemek için pütürsüz olmalıdır.
3. Dönebilir kumaşın içinde astar bulunmamalıdır.
4. Dönebilir kumaş birleşimlerinde kimyasal yapıştırıcı kullanılmalı, dikiş ile birleşmiş olmalıdır.
5. Yaklaşık 180 cmx50 cm boyutlarında ve 2 cm kalınlığında olmalıdır.
6. Hasta taşıma kapasitesi 150 kg kadar olmalıdır.
7. Non-toksik, antibakteriyel malzemeden imal edilmiş olmalı ve X-ışınlarını tamamen geçirmelidir, herhangi bir kısmında metal çubuk bulunmamalıdır.
8. Minderle birlikte bir adet fermuarlı şeffaf taşıma çantası verilecektir.
9. Ortadan ikiye katlanarak taşınabilmelidir.
10. Dönebilir kumaştan mamul ve en az 30 cm uzunluğunda omuz askılıkları ile taşınabilirlik sağlanmalıdır.


Ankara Üniversitesi Tı,
İbn-i Sina Hastanesi,
Prof. Dr. Bulent ERDEM,
Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Başkanı
Diploma No: 7966


Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Başkanı
Diploma No: 12559


Uzm. Hem. Ayhan ERGÜL
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Sorumlu Hemşire