

VENTİLASYON EKSPİRASYON KASETİ (MAQUET SERVO-I / SERVO-S)TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ekspirasyon kaseti MAQUET marka SERVO-I/SERVO-S model ventilatör cihazının orijinal parçası olmalıdır.
- 2- Ekspirasyon kaseti, kapalı ambalajlı ve hiç kullanılmamış olmalıdır.
- 3- Teklif edilecek ürünlerin UBB ye tabi olmaları halinde UBB numaraları teklifte belirtilecektir.
- 4- İstenilen parça üretim hatalarına karşı muayene kabul tarihi itibariyle 6 ay garantili olmalıdır.
- 5- Ekspirasyon kaseti cihaza takıldığında seri numarasını otomatik olarak algılamalıdır.
- 6- Teklif veren firmalar TSE 12426 belgesine sahip olmalı, Maquet marka Servo-S ve Servo-i model ventilatör cihazlarının orijinal yedek parçasını satmaya yetkili olduklarına dair belgeyi teklif esnasında idareye vermelidirler.
- 7- Ekspirasyon kaseti yeniden kullanılabilir olmalıdır.
- 8- Ekspirasyon kaseti en az 121 °C en az 5 dakika süreyle buhar otoklav yapılabilecek özellikte malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 9- Dezenfeksiyon işlemi kullanım kılavuzunda belirtilmedir.
- 10- Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.

Uzm.Dr. Levent FERİCİOLAK
A.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.B.D.
Yoğun Bakım B.D.
Dip.Tes.No:126759

Dr.Öğr. Üyesi Uğur ÖZDEMİR
A.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.B.D.
Yoğun Bakım B.D.
Dip.Tes.No:137402 Dip.No: 14611

Prof. Dr. N. Refik Altıntaş

Dr. Oet. Ovest. Ugent. OZEMIR
A.O.T.F. (E.H. Saitan) A.B.D.
Yogun E. / Kim. B.D.
Dip. Tas. No. 13423. DIZ. No. 14011

Dr. Oet. Ovest. Ugent. OZEMIR
A.O.T.F. (E.H. Saitan) A.B.D.
Yogun E. / Kim. B.D.
Dip. Tas. No. 13423. DIZ. No. 14011