

GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELMAS UÇLU CERRAHİ BİÇAK - 2 ADET

1. Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
2. Malzemelerin her birinin üzerinde katalog numarası, markası ve kare barkodu yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. (Teknik olarak yazılamayan aletler, yuvarlak ve tel tipli olanlar hariçtir.)
3. Alınacak aletler 134°C'de otoklavda gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.
4. İhale listesindeki malzemeler set olması sebebi ve ısı ile oluşacak elektron alışverişlerinden etkilenmemesi adına iştirakçi firmalar setlerin tamamına aynı marka üzerinden tamamına teklif vereceklerdir. Aletlerin üretim yeri (menşei) belirtilmelidir.
5. İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile birlikte vermelidir. Teklif edilen her malzeme orijinal kataloğunda ayrı ayrı gösterilecektir. (Kataloglarında olmayan malzemeler için benzeri ibaresi kullanılmayacaktır. Her alet katalog sayfa numarası ile beraber ihale evrakları içinde verilecektir. Uç yapısı, uzunluğu ve özellikleri birebir tutmayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
6. Ürünler CE belgeli ve/veya FDA kalite ve güvence onaylı olmalıdır.
7. İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartname ve ekindeki listeye göre kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlamalıdır. Şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.
8. İsteklinin veya distribütör tarafından cerrahi alete bakım onarım yapacak personelin ÜTS kayıt belgesi olmalıdır. Firmanın teknik servis ÜTS numarası bulunmalıdır.
9. Cerrahi alet kalitesinin incelenebilmesi için numune talep edilecektir. Numune getirmeyen veya eksik, hatalı getiren veya istenilen özelliği karşılamadığı görülen kullanımı zor, kesicilik özelliği uygun olmayan numunelere ait teklifler geçersiz sayılacaktır.
10. NUMUNE LİSTESİ: Kurumun talep ettiği cerrahi aletlerden 1'er adet numune getirilecektir
11. Cerrahi aletlerle birlikte üretici firmaya özel aletlerin kullanımı, bakımı, depolanması ve saklanması hususlarını ayrıntılı anlatan Türkçe kullanım kitapçığı verilmelidir.
12. Cerrahi aletler üretim hatalarına karşı 5 yıl garantili olacaktır. Bu garanti üretici ithalatçı ve satıcı tarafından aynı süre verilmelidir. Üretici firma 5 yıllık garanti belgesi apostilli olması zorunludur. Apostilli belgelerin Türkçe noter onaylı tercümesi verilmelidir.
13. 0-1.5mm arasında 10micron ayarlanabilen 6 yönlü kesi yapabilen ayarlı elmas uçlu cerrahi bıçak olmalıdır. Aletin üzerinde silinmeyecek şekilde markası ve kodu yazılı olmalıdır. Teklif ile birlikte verilecek olan üretici firmanın orijinal kataloğu üzerinde aletin özellikler görülebilmelidir.

Ank. Üniv. Tıp Fak.
Göz Hastalıkları A.B.D.
Doç. Dr. Pinar Bılgöl Kıralıoğlu
Dip. Teş. No: 143134

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Feyza Çarış KARANFİL
Dip. Teş. No: 143074
Göz Hastalıkları Uzmanı

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
Doç. Dr. Ayhan Karaman
Dip. Teş. No: 143005
Göz Hastalıkları Uzmanı