

YAZICI RULO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Hastanemiz demirbaşında bulunan buhar sterilizatörüne uygun olmalıdır.
- 2- Rulolar tek nüsha olmalıdır.
- 3- Rulolar termal özellikte olmalıdır.
- 4- Ruloların eni 56 mm x 30 mt uzunluğunda olmalıdır.
- 5- Rulolar cihazda kullanım esnasında herhangi bir problem yaratmamalıdır.
- 6- Rulolar 10'lu paketlerde olmalıdır.
- 7- Kutu ve paketlerinde kağıdın marka ,model ve ebat tanımlayıcı bilgileri yazmalıdır.
- 8- Rulolar kullanım sonrasında yazıları okunaklı olmalıdır.
- 9- İhaleye giren firmalar 1 adet numune rulo getirmelidir.
- 10-Numunelerin değerlendirilmesi için Merkezi Sterilizasyon Ünitesine teslim edilmelidir.

SERHAT ERBAY TUT
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İbni Sina Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Merkezi Sterilizasyon
Ünitesi Sorumlu Hemşiresi

Prof.Dr. Ebru EVREN YURTCU
Ankara Üniversitesi SUAH
İbni Sina Araştırma ve
Uygulama Hastanesi
Başhekim Yardımcısı
17.09.2026

Ebru Yurtcu