MINDRAY MARKA BENEHEART R3A MODEL UYUMLU EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Mindrey marka, BeneHeart R3A model EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
2- EKG kağıt uzunluğu en az 20 metre olmalıdır.
3- EKG kağıt genişliği 80 mm olmalıdır.
4- EKG kağıdının üzerinde kırmızı milimetrik kareler olmalıdır.
5- Termal kağıttan üretilmiş olmalıdır.
6- EKG kağıdı rulo plastiğe sarılı olmalıdır.
7- EKG kağıdı ambalaj içinde olmalıdır.
8- Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
9- Firma ürünü, değerlendirmeye uygun miktarda getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna uygun olmadığı takdirde alım gerçekleşmeyecek.
10- Yüklenici firma; ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
11- Ürünün UBB kaydı olmalıdır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbni Sina Hastanesi
KBB Anabilimdalı
Prof.Dr. Mustafa Kürşat GÖKCAN
Dip.Tescil No: 93930

Ank. Üni. Tıp Fakültesi Hastaneleri
K.B.B. Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Gürsel DURSUN
Uzm.Tes.No: 53141