GAZ PRİZLERİ (OKSİJEN, VAKUM, KURU HAVA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Prizler BS EN 737 – 1 standardına uyumlu olmalıdır.
- Alımı yapılacak olan Medikal Gaz Prizler numuneye göre olacaktır.
- Gaz çıkışları için geri dönüşümsüz iki ana gövdeden oluşmalıdır.
- Üst gövde metal malzemeden imal edilmiş olmalıdır. (Plastik veya ABS kabul edilmeyecektir.)
- Çift emniyet sistemi olmalıdır.
- Kolay takılır-sökülür özellikte olmalıdır.
- Prizlerin ön yüzünde standartlara uygun gaz rengi sembolü ve Türkçe ismi olmalıdır. Her medikal gazın etiketleme sistemi yapılacaktır.
- Tüm prizlerin değişimi bakır boru ile kaynak yapılarak değiştirilmelidir.
- Pnomatik girişli sistemlerin önüne birer adet vana konulacaktır.
- Yapılacak iş esnasında meydana gelebilecek tüm zararlardan yüklenici firma sorumludur.
- Yüklenici firma her türlü güvenlik önlemini almakla yükümlüdür.
- Yüklenici firma İSG standartları kapsamında işi yürütecektir.

A.Ü.
Sağlık Uygulama ve Araştırma
İbn-i Sina Hastanesi
Medikal Gaz Atölye Sorumlusu
Soner Ali KOYMAZ

Teknisyen
mehmet Kanaarslan

Teknisyen
Yakup Kana