T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Gider Yönetim Müdürlüğü
TIBBI MALZEME BİRİMİ

DOĞRUDAN TEMİN
FİYAT ARAŞTIRMA FORMU

24/11/2026

Konu : Teklif Mektubu H.
İhale No : **195381**
İhale Tarihi : **30/11/2026 12:00**
İhale Kayıt Numarası :

Aşağıda yazılı müesseseniz tarafından tedariki mümkün ise satınalınmasına esas olmak üzere, ihale tarihine kadar teklif gönderilmesini rica ederim.

Dikkat edilecek hususlar:

1. Bu teklifin tarihine kadar posta ile veya elden gönderilmesi rica olunur.
2. Yazımız numarasının teklif üzerine yazılması.
3. Bütün firmaların, teklifleri ile birlikte her bir ürün türü, bunun faklı ebatları ve alternatif teklifleri için ayrı şeffaf paketler içinde birer adet numuneyi ilgili bölüm istediğinde o bölüme vermeleri gerekmektedir. Her numune paketinin üzerinde, teklif verilen ürünün ihale sıra numarası, firmanın adı ve telefon no su bulunmalıdır.
4. Faks ile çekilen tekliflerin aslının ihale günve tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.
5. Teklif tarihi itibariyle, teklif edilen her kalemin UBB ve varsa SUT kodları belirtilecektir.
Teklif verilecek her bir kalemin UBB numarasının, T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) ve Medulada kayıtlı olduğunu gösterir belgelerin teklifle beraber verilmesi gerekmektedir.
Teklif tarihi itibariyle teklif verdikleri kalemleri satmaya yetkili olduğunu (yetkili ithalatçı, tedarikçi ve bayi) gösterir Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış bilgi formu teklifle beraber verilecektir.
Teklif edilen her kalemde UBB numarası yoksa kapsam dışı olduğunu gösterir belgeyi teklifle beraber vermeleri ve SUT kodu olmayan kalemler için 'SUT kodu yoktur' ifadesi teklifte belirtilecektir.
Firmalar, UBB, SUT kodu, GMDN, UNSPSC vs. de yapılan güncel her türlü değişiklikleri kurumumuza bildireceklerdir.
Teklif ve faturadaki UBB, SUT kodu ve malzeme adlarının birebir aynı olacaktır.
Yukarıda belirtilen belgeler eksik olduğunda teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Verilen bilgi ve belgelerin yanlışlığında, Ulusal Bilgi Bankasının 18.03.2011 tarihli http://www.huap.org.tr/ubb/midDuyuruUrun 10. aspx duyurusunda " Kurum ve üçüncü kişilerin zararının ödeyeceğinizi ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun firmanıza ait olduğunu beyan ve kabul ettiğinizden" dolayı oluşmuş veya oluşacak Kurum ve üçüncü kişilerin zararının ilgili firmalarca ödeneceğinin ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun firmalara ait olduğu bildirilmiştir.
Bu hususlara dikkat etmeyen firmalar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.
6. Cihaz parça değişimi, tamir, bakım-onarımlarında teklif verecek firmalar teklifleri ile beraber "CİHAZ GÖRDÜ" belgesi vermeleri gerekmektedir.
7. *** İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.

Mustafa AKYER
Hastaneler Başmüdürü

MALZEME LİSTESİ

Sira	Mlz.Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birim	Şartname

T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Gider Yönetim Müdürlüğü
TIBBI MALZEME BİRİMİ

DOĞRUDAN TEMİN
FİYAT ARAŞTIRMA FORMU

Sira	Mlz.Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birim	Şartname
1	JT010012	POLYGLACTIN ANTİBAKTERİYEL 5/0 13MM Y.İ	120	adet	Var
2	JT010011	POLYGLACTIN ANTİBAKTERİYEL 6/0 13MM Y.İ	120	adet	Var
3	JT067081	POLYGLACTIN 7/0 6,5MM SP.C.I	60	adet	Var

ANTİBAKTERİYEL POLYGLACTİNE 910
5/0 13mm ½ Yuvarlak iğne 45 cm
6/0 13mm ½ Yuvarlak iğne 45 cm
SÜTUR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Malzeme İçeriği %90 Glicoloic Acid + % 10 Lactic Acid olmalıdır.
2- Sentetik , örgülü yapıda ve emilebilir olmalıdır.
3- Sütürler kaplamalı olmalı ve kaplamasının içeriği Polyglactine 370 ve triclosan yedirilmiş olmalıdır. Cerrahi sütürün kaplaması dokudan geçerken sıyrılmaması için ana madde ile aynı hammadden olmalıdır.
4- Sütür'ün Tensil kuvveti Başlangıç gücü %100 alındığında in vivo dayanıklılık koruması 14.gün %75, 21.gün %50, 28.günde %25 olmalı ve maxımum 35 gün doku desteği sağlamalıdır.ve Vücuttan tamamen atılımı 56-70 gün içerisinde olmalıdır.
5- Sütür Vücutta 48 saat süre ile MRSA,MRSE,STAPHYLOCOCCUS AEROUS,STAPHYLOCOCCUS EPİDERMİSİS de dahil olmak üzere bakterilere karşı antibakterial etki göstermelidir.Klinik çalışma veya prospektüs ile belgelenmelidir.
6- Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.
7- İğne dokudan geçtikten sonra sütür kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemeli ve tiftiklenme yapmamalıdır.
8- İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli,Dokulardan kolaylıkla ve minumun travmayla deforme olmadan geçmelidir.
9- Cerrahi sütürün iğnesinin gövdesi Portegüden kaymayı engelleyecek yapıda olmalıdır.
10- İğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip , bükülüp kırılmaması için çelik olmalıdır.
11- Sütür ile iğne birleşme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli , bu nedenle iğne ile sütür birleşme noktası çapı uyumlu olmalıdır.
12- Sütürler paketten çıktığında sütürün paket hafızası minumum olmalı ve sütür paketinden çıktığında düz bir yapıda olmalıdır.
13- Ambalaj , sütürün kıvrılmasını engelleyecek , su ve nem geçirmeyecek bir maddeden imal edilmiş olmalıdır.
14- Malzeme ile ilgili tüm bilgiler , okunaklı ve bozulmayacak şekilde ambalaj üzerinde olmalıdır.
15- Malzeme kullanım anına kadar sterilesini koruyacak şekilde ambalajlanmış olmalı , Bu ambalaj içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilecek şekilde olmalıdır.
16- Malzemeler tek tek Steril poşetlerde,nemden,ısıdan etkilenmeyecek şekilde olmalı ve orijinal kutularında teslim edilecektir.
17- Teklif değerlendirme esnasında teknik şartnameye uygunluğunu kontrol etmek amacıyla her kalem için 1 adet numune bırakılacak ve numuneler test edilecek,kullanıma uygun olmayanlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Uzm. Dr. Can Sözen

Dr. Emre Erden

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Üroloji Uzmanı Prof.Dr.Berk BURGU Dip. Tes. No: 90537 Dip. No: 11589

7-0 6.5 mm 1/2 45 cm Spatula Çift İğne
Poliglaktin Teknik Özellikleri

1. Polyglilolik asit (%90) ve lactic asitten (%10) imal edilmiştir.
2. Kaplaması ürünle aynı ham maddeden olup Poliglaktin 370'dir.Ayrıca kaygan olması için kalsiyum stearate içerir.
3. Vücuttan hidrolizle emilir. Ortalama 56-70 günde tamamlanır. Multiflament (örgülü), sentetik, emilebilirdir.
4. Doku içerisinde ilk 14 günde gücünün en az %75'ini, 21. günde 6/0 ve daha büyük için ilk gücün yaklaşık %50'si, 7/0 ve daha küçük için %40 gerilme kuvvetini korur.
5. İplik kalınlığı 7/0,iplik uzunluğu 30 cm,iğnesi 3/8 daire,iğne ucu 6.5 mm'dir.
6. İğne yapısı Göz cerrahisinde kullanıma uygun Spatül çift iğnedir.
7. İplik kalınlıkları USP standartlarına uygundur.
8. İğne ile iplik kolay ayrılmayacak ve iplik yapısını bozmayacak şekilde birleştirilmiştir.
9. Doku içinden kolayca geçer ve düğümlenir.Minimum doku reaksiyonu sağlar. İplik kalınlığı iğne çapına yakındır ve dolayısıyla sızıntıya sebebiyet vermez.
10. İğne kalitesi yüksek alaşım çeliğinden mamul ve sıyrılmayacak şekilde silikon kaplıdır.
11. İplik uygulamada gerekli olan basınç ve germe kuvvetlerinde kopmaz. İplik hafızası minimumdur ve tiftiklenmez.
12. Tek tek steril ambalajlardadır. Kutu içerisinde Türkçe prospektüsü bulunur.
13. Ürünün miadı mal teslim sonrası 2 yıldır.
14. EO ile sterilize edilmiştir.

Dr. Cem Sidmalı

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Üroloji Uzmanı
Prof.Dr.Bark BURGU
Dip.Tes.No: 90537
Dip.No: 11588

Dr. Emre Erdem