T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Gider Yönetim Müdürlüğü
TIBBI MALZEME BİRİMİ

DOĞRUDAN TEMİN
FİYAT ARAŞTIRMA FORMU

24/11/2026

Konu : Teklif Mektubu H.
İhale No : **195383**
İhale Tarihi : **30/11/2026 12:00**
İhale Kayıt Numarası :

Aşağıda yazılı müesseseniz tarafından tedariki mümkün ise satınalınmasına esas olmak üzere, ihale tarihine kadar teklif gönderilmesini rica ederim.

Dikkat edilecek hususlar:

1. Bu teklifin tarihine kadar posta ile veya elden gönderilmesi rica olunur.
2. Yazımız numarasının teklif üzerine yazılması.
3. Bütün firmaların, teklifleri ile birlikte her bir ürün türü, bunun faklı ebatları ve alternatif teklifleri için ayrı şeffaf paketler içinde birer adet numuneyi ilgili bölüm istediğinde o bölüme vermeleri gerekmektedir. Her numune paketinin üzerinde, teklif verilen ürünün ihale sıra numarası, firmanın adı ve telefon no su bulunmalıdır.
4. Faks ile çekilen tekliflerin aslının ihale günve tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.
5. Teklif tarihi itibariyle, teklif edilen her kalemin UBB ve varsa SUT kodları belirtilecektir.
Teklif verilecek her bir kalemin UBB numarasının, T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) ve Medulada kayıtlı olduğunu gösterir belgelerin teklifle beraber verilmesi gerekmektedir.
Teklif tarihi itibariyle teklif verdikleri kalemleri satmaya yetkili olduğunu (yetkili ithalatçı, tedarikçi ve bayi) gösterir Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış bilgi formu teklifle beraber verilecektir.
Teklif edilen her kalemde UBB numarası yoksa kapsam dışı olduğunu gösterir belgeyi teklifle beraber vermeleri ve SUT kodu olmayan kalemler için 'SUT kodu yoktur' ifadesi teklifte belirtilecektir.
Firmalar, UBB, SUT kodu, GMDN, UNSPSC vs. de yapılan güncel her türlü değişiklikleri kurumumuza bildireceklerdir.
Teklif ve faturadaki UBB, SUT kodu ve malzeme adlarının birebir aynı olacaktır.
Yukarıda belirtilen belgeler eksik olduğunda teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Verilen bilgi ve belgelerin yanlışlığında, Ulusal Bilgi Bankasının 18.03.2011 tarihli http://www.huap.org.tr/ubb/midDuyuruUrun 10. aspx duyurusunda " Kurum ve üçüncü kişilerin zararının ödeyeceğinizi ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun firmanıza ait olduğunu beyan ve kabul ettiğinizden" dolayı oluşmuş veya oluşacak Kurum ve üçüncü kişilerin zararının ilgili firmalarca ödeneceğinin ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun firmalara ait olduğu bildirilmiştir.
Bu hususlara dikkat etmeyen firmalar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.
6. Cihaz parça değişimi, tamir, bakım-onarımlarında teklif verecek firmalar teklifleri ile beraber "CİHAZ GÖRDÜ" belgesi vermeleri gerekmektedir.
7. *** İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.

Mustafa AKYER
Hastaneler Başmüdürü

MALZEME LİSTESİ

Sira	Mlz.Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birim	Şartname

T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Gider Yönetim Müdürlüğü
TIBBI MALZEME BİRİMİ

DOĞRUDAN TEMİN
FİYAT ARAŞTIRMA FORMU

Sira	Mlz.Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birim	Şartname
1	JT067887	STENT GREFT SİSTEMİ 4.00 x 21MM	1	adet	Var
2	JT017659	EMILEBILEN SELÜLOZ KANAMA DURDURUCU FIBRILLAR 10X10CM	150	adet	Var

FBRILLAR YAPIDA BAKTERİSİDAL ETKİLİ OKSİDE REJENERE SELULOZ HEMOSTAT TEKNİK ÖZELLİĞİ

1. Hammaddesi, Rayon fiberden üretilmiş okside edilmiş rejenere selülozdur.
2. Yapısı fibrillar formda ve yedi ayrı katmandan oluşur.
3. Kullanım kolaylığı acısından 7 katmana ayrılabilir, tutam tutam çekilebilir ve düzgün olmayan yüzeylere uygulanabilir ve hızlı erir özelliktedir.
4. Ürün kullanım sırasında vazokonstrüksiyonu hızlandırarak, % 100 güvenli hemostaz sağlar.
5. Okside rejenere selülöz yapılı bu malzeme, kuru ortamda neutral PH'a sahip olup, kanla temas halindeyken ortamın PH seviyesini düşürür ve ortamın 24 saat sonraki PH'ı maksimum 4'dür.
6. Bakterisidal etkinliği, in-vivo ve in-vitro çalışmalarla gösterilebilir. Yapılmış bir çalışmada, cerrahi alan enfeksiyonlarına en çok neden olan bakteri tiplerinden, Methisiline dirençli Staphylococcus aureus (NRSA), Penisiline dirençli Streptococcus pneumoniae (PRSP), Vankomisine dirençli Enterococcus (VRE), Methisiline dirençliStaphylococcus epidermidis (MRSE) ve Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus luteus, Streptococcus pyogenes Group A, Streptococcu pyogenes Group B, Streptococcus salivarius, Branhamella catarrhalis, Escherichia coli, Klebsie[l] la aerogenes, Lactobacillus sp., Salmonella enteritidis, Shigella dysenteriae, Serratia marcescens, Bacillus subtilis, Proteus vulgaris, Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei, Clostridium tetani, Clostridium perffingens, Bacteriodes fragilis, Enterococcus, Entembacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri, Proteus mirabilis bakteri türlerine karşı bakterisidal etkinlik gösterir.
7. Ligasyon veya diğer geleneksel kontrol yöntemlerinin pratik olmadığı veya etkisiz olduğu durumlarda kılcal, venöz ve küçük arteriyel kanamanın kontrolüne yardımcı olmak için cerrahi prosedürlerde yardımcı olarak kullanılır.
8. Malzeme, paketten çıkartıldığında sert değildir. Homojen dokuma yapısı sayesinde kolayca parçalanmaz ve uygulama esnasmda; sıvı (kan veya su) ile temas ettiğinde jelleşme, özelliği gösterir.
9. Şeffaf olma özelliğinden kanama odağı izlenebilir, üzerinden koter ile müdahale edilebilir.
10. 7-14 gün içerisinde absorbe olur.
11. Gama ışını ile steril edilmiştir.
12. Ürünün karboksil içeriği ağırlıkça % 18-24 aralığındadır.

Murat Zaimoğlu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Beyin Cerrahi A.B.D.
Dr.Öğr. Üyesi Murat ZAİMOĞLU
Dip.No 2010-037

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.B.D.
Periferik Damar Cerrahisi B.D.
Dr.Öğretim Üyesi Dan Yahya BOZTUĞ
Dip.Tes.No:135914

Dr. Cabir Yüksel

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbn-i Sina Hastanesi
Prof. Dr. CABİR YÜKSEL
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 91443

KORONER GREFT KAPLI STENT TEKNİK ŞARTNAME

SUT KODU: KR1152

1. Stent Meteryali Greft Micro-porous ePTFE ile kaplıdır.
2. Stent iskelesi kobalt-krom (CoCr-L605) materyalinden oluşmaktadır.
3. Stent Greftin uçlarında PTFE yi Clamp (Mandallama) yapacak şekilde çift taraflı stent strutı olması gerekmektedir.
4. Balonlu kateter üzerine yüklenmiş; yerleştirilmeye hazırdır.
5. Taşıma ve yerleştirme sistemi (balonlu kateter), RX (monorail) yapısındadır.
   - Stent strut kalınlığı küçük genişlikteki çaplar için 0.07 x 0.08mm,
   - orta genişlilteki çaplar 0.08 x 0.09mm
   - büyük genişliktekiler için 0.07 x 0.08mm'dir
6. Stentin %100 tüm alanı greft malzeme ile kaplıdır.
7. Şaft Ölçüsü
   - 2.5mm-4.0mm için 2.7F distal / 1.9F proximal
   - 4.5mm-5.0mm için 3.2F distal / 1.9F proximal
8. Şaft Uzunluğu:
   - 2.5mm-4.0mm 143 cm olmalıdır.
   - 4.5mm-5.0mm 153cm olmalıdır.
9. Balonun üzerindeki markerler platinyum/iridyum malzemelerindendir.
10. Crimped(Kıvırma) Stent Greft Profili:
    - 1.1mm (2.5 çap için)
    - 1.2mm (3.0 çap için)
    - 1.3mm (4.0 çap için)
    - 1.4mm (5.0 çap için)
11. Taşıma ve yerleştirme sistemi (Guide Wire) 0.014" kılavuz teller ile uyumludur.
12. Kılavuz kateter uygunluğu 5F (tüm ölçüler için aynı)
13. Nominal stent greft uzunluğu: 8,12,16,18,21,24 mm
14. Nominal basınç:NP
    *11 Bar 2.5mm-4.0mm
    *10 Bar 4.5mm-5.0mm

    Patlama basıncı: RBP
    *16 Bar 2.5mm – 4.0mm
    * 14 Bar 4.5 mm—5.0mm
15. Greft stent tek katmanlı ve geçiş profili düşüktür.
16. Ürün raf ömrü 3 yıldır.
17. Başarılı Radyoopasiteye sahiptir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yeni Sina Hastanesi
Prof. Dr. Eralp TUTAR
Kardiyoloji Uzmanı
Diploma No: 62002009

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
Doç. Dr. Kerim ESENBOĞA
Diploma No: 142567
Kardiyoloji Uzmanı