SİLİKON TURNİKE MANŞONLARI (TEK VE ÇİFT MANŞET SEÇENEKLİ)

1.Turnike manşonu, yeniden kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2.134°C sıcaklıkta minimum 5 dakika buharlı otoklavda steril edilebilmelidir.
3. Ürün en az 50 defa yeniden işlenebilir/sterilize edilebilir olmalıdır.
4. PVC içermemelidir.
5. Ürün, UDI (Unique Device Identification) kodu içermelidir.
6. Seri numarasıyla izlenebilir olmalıdır.
7. Ürün hem düz hem konik şekillerde mevcut olmalıdır.
8. Farklı beden seçenekleri renk kodlaması ile belirtilmiş olmalıdır.
9. Manşon malzemesi dayanıklı, bükülmeye karşı dirençli silikon olmalıdır.
10.Hortumlar silikon malzemeden üretilmiş olmalı, bükülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
11. Silikon kaf kolay temizlenebilir ve hızlı kuruyabilir yapıda olmalıdır.
12. Velcro bağlantı sistemi sayesinde ekstremiteye güvenli şekilde sabitlenmelidir.
2.5. Manşon yüzeyi kullanıcı ve hastaya zarar vermeyecek şekilde yumuşak olmalıdır.

3.1. Proksimal ve distal uçlar arasında çap farkı bulunmamalıdır.

Tek manşet modeli **Boy (Cm. / Inch)**	**Tek manşet** model **En (Cm. / Inch)**	**Tek manşet** modeli **Renk**
20 cm (8")	2.5 cm (1.0")	Beyaz
30 cm (12")	4 cm (1.6")	Mavi
35 cm (14")	6 cm (2.4")	Sarı
46 cm (18")	7.5 cm (3.0")	Kırmızı
46 cm (18")	11 cm (4.3") konik	Kırmızı
61 cm (24")	11 cm (4.3") konik	Yeşil
76 cm (30")	11 cm (4.3") konik	Lacivert
86 cm (34")	11 cm (4.3") konik	Kahverengi

5.1.Ürün buharlı otoklavda 134°C'de sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
5.2. Sterilizasyon işleminden sonra performansında bozulma olmamalıdır.
5.3. CE belgeli olmalı, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygunluk sağlamalıdır.

Doç. Dr. Onur Karaca

Doç. Dr. Hakan Kocaoğlu

Doç. Dr. Uğur Bezircan