19541

Hücre Bloğu Hazırlama Kiti Teknik Şartnamesi

1. Sitoloji laboratuvarında çeşitli vücut sıvısı örneklerinden hücre bloğu hazırlayabilmek için kullanıma uygun özellikte olmalıdır.
2. Az miktarda da olsa bulunan numuneden hücre bloğu hazırlanabilmelidir.
3. Kullanımı kolay ve pratik olmalıdır. Numunenin ön hazırlık işleminden sonra en fazla 3 dk. içerisinde hücre bloğu hazır hale gelmelidir.
4. Hücre bloğu hazırlama kiti en fazla iki solüsyondan oluşmalıdır. Kit ile min. 50 adet hücre bloğu hazırlanabilmelidir.
5. Kit içerisindeki solüsyonlar hücrelerin morfolojik yapısını bozmayacak yapıda ve ayrıca koruyucu özellikte olmalıdır.
6. Solüsyonlar oda sıcaklığında muhafaza edilebilir özellikte olup soğuk zincire ihtiyaç duyulmamalıdır.
7. Solüsyonlar kullanıma hazır özellikte olmalıdır. Solüsyonları kullanıma hazır hale getirmek için herhangi bir ön işleme (ısıtma veya eritme) gerek duyulmamalıdır. Solüsyonlar donuk veya jel kıvamında olmamalıdır.
8. Kit ile birlikte Türkçe kullanım talimatı verilmelidir.
9. Ortamdan etkilenmesini önleyecek orijinal ambalaja sahip olmalıdır. Ambalaj üzerinde lot numarası, son kullanım tarihi ve üretici bilgileri yer almalıdır.
10. Teklif edilen ve laboratuvarda denenen ürünün yerine getirdiği özellikler, alım aşamasında teslim edilen ürünün tamamında görülmelidir. Bu durum gerek görülürse teslimat aşamasında tekrar test edilecek ve sonucun uygun olmaması halinde zarar firma tarafından karşılanacaktır.

Başkan	Üye	Üye
Prof.Dr.Koray CEYHAN	Lab.Üzeyir AYDEMİR	Lab.Fatma YILMAZ