19542

DIFF QUICK BOYA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Solüsyon boyama işlemine hazır halde olmalıdır
2- A-B-C solüsyonları olmak üzere kodlandırılmış ve 3 solüsyondan oluşmalıdır.
3- A-Methanollü Fiksatif Solüsyonu 500 ml
   B-Tamponlu Ksanten Solüsyonu 500 ml
   C-Tamponlu Tiyazin Solüsyonu 500 ml olmalıdır.
4- Kan elementlerini ve hava-kurutmalı yaymaları boyamak için kullanılmalıdır.
5- İşlem süresi yıkamalar dahil 1 dakika 30 saniyeyi aşmamalıdır.
6- Eozinofilik komponentler Kırmızı, Bazofilik komponentler Mavi, Nötrofil komponentler Kırmızımsı Menekşe, Akrozom Pembemsi Kırmızı, Sperm Boynu Krili Gri Pembemsi Kırmızı, Sperm Çekirdeği Kirli Mavimsi Siyah, Sperm Çekirdek çevresi Pembemsi Kırmızı olmalıdır.
7- Ürün kolay kullanılabilir plastik pet ambalaj içinde olmalıdır.
8- Ürün miadı en az 2 yıl olmalıdır.

BAŞKAN
Prof.Dr.Koray CEYHAN

ÜYE
Lab.Üzeyir AYDEMİR

ÜYE
Lab.Fatma YILMAZ