T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Gider Yönetim Müdürlüğü
TIBBI MALZEME BİRİMİ

DOĞRUDAN TEMİN
FİYAT ARAŞTIRMA FORMU

26/11/2026

Konu : Teklif Mektubu H.
İhale No : **195418**
İhale Tarihi : **30/11/2026 12:00**
İhale Kayıt Numarası :

Aşağıda yazılı müesseseniz tarafından tedariki mümkün ise satınalınmasına esas olmak üzere, ihale tarihine kadar teklif gönderilmesini rica ederim.

Dikkat edilecek hususlar:

1. Bu teklifin tarihine kadar posta ile veya elden gönderilmesi rica olunur.
2. Yazımız numarasının teklif üzerine yazılması.
3. Bütün firmaların, teklifleri ile birlikte her bir ürün türü, bunun faklı ebatları ve alternatif teklifleri için ayrı şeffaf paketler içinde birer adet numuneyi ilgili bölüm istediğinde o bölüme vermeleri gerekmektedir. Her numune paketinin üzerinde, teklif verilen ürünün ihale sıra numarası, firmanın adı ve telefon no su bulunmalıdır.
4. Faks ile çekilen tekliflerin aslının ihale günve tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.
5. Teklif tarihi itibariyle, teklif edilen her kalemin UBB ve varsa SUT kodları belirtilecektir.
Teklif verilecek her bir kalemin UBB numarasının, T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) ve Medulada kayıtlı olduğunu gösterir belgelerin teklifle beraber verilmesi gerekmektedir.
Teklif tarihi itibariyle teklif verdikleri kalemleri satmaya yetkili olduğunu (yetkili ithalatçı, tedarikçi ve bayi) gösterir Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış bilgi formu teklifle beraber verilecektir.
Teklif edilen her kalemde UBB numarası yoksa kapsam dışı olduğunu gösterir belgeyi teklifle beraber vermeleri ve SUT kodu olmayan kalemler için 'SUT kodu yoktur' ifadesi teklifte belirtilecektir.
Firmalar, UBB, SUT kodu, GMDN, UNSPSC vs. de yapılan güncel her türlü değişiklikleri kurumumuza bildireceklerdir.
Teklif ve faturadaki UBB, SUT kodu ve malzeme adlarının birebir aynı olacaktır.
Yukarıda belirtilen belgeler eksik olduğunda teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Verilen bilgi ve belgelerin yanlışlığında, Ulusal Bilgi Bankasının 18.03.2011 tarihli http://www.huap.org.tr/ubb/midDuyuruUrun 10. aspx duyurusunda " Kurum ve üçüncü kişilerin zararının ödeyeceğinizi ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun firmanıza ait olduğunu beyan ve kabul ettiğinizden" dolayı oluşmuş veya oluşacak Kurum ve üçüncü kişilerin zararının ilgili firmalarca ödeneceğinin ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun firmalara ait olduğu bildirilmiştir.
Bu hususlara dikkat etmeyen firmalar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.
6. Cihaz parça değişimi, tamir, bakım-onarımlarında teklif verecek firmalar teklifleri ile beraber "CİHAZ GÖRDÜ" belgesi vermeleri gerekmektedir.
7. *** İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.

Mustafa AKYER
Hastaneler Başmüdürü

MALZEME LİSTESİ

Sira	Mlz.Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birim	Şartname

T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Gider Yönetim Müdürlüğü
TIBBI MALZEME BİRİMİ

DOĞRUDAN TEMİN
FİYAT ARAŞTIRMA FORMU

Sira	Mlz.Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birim	Şartname
1	JT006246	KOTER UCU (UZUN)	30	adet	Var
2	JT014197	YARA ÖRTÜSÜ ŞEFFAF FİLM YAPISINDA 6X7CM	1.000	adet	Var
3	JT064436	GASTROSKOPİK DİSTAL ATAÇMAN YUMUŞAK DÜZ TEK KULLANIMLIK	5	adet	Var
4	JT064435	KOLONOSKOPİK DİSTAL ATAÇMAN YUMUŞAK DÜZ TEK KULLANIMLIK	5	adet	Var
5	JT016351	CHORİON VİLLUS	10	adet	Var
6	JT067643	NON ENTÜBE KAPNOGRAF LİNE	100	adet	Var

KOTER UCU UZUN SPATUL UÇ

1. Mevcut elektrokoter cihazında kullanılan koter kalemine adaptörsüz direkt takılıp kullanılabilmelidir.
2. Elektrodun aktif kısmı spatul şeklinde olmalı aktif uç kısmı edge madde ile kaplı olarak imal edilmiş olmalıdır. Edge kaplama sayesinde ürün dokuya yapışmamalıdır.
3. Kullanım anında zımparaya gerek duyulmadan gazlı bez veya spanç ile temizlenebilmelidir.
4. Toplam uzunluğu 16,50 (±0,5) cm uzunluğu 2,50 (±0,5) cm olmalıdır.
5. İzolasyon maddesi soyulmamalı ve elektrik kaçağına sebep olmamalıdır.
6. Aktif uç kesi yaparken kontrollü akım sağlamalı ve çevre dokulara akım atılmasına sebep olmamalıdır.
7. Yüksek wattlarda çalışılırken ucu kömürleşmemelidir. Vaka boyunca yüksek performanslı kesme ve koagülasyon yapmaya devam etmelidir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Utku ÇELİK
Dip. Tescil No: 157588

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.B.D.
Periferik Damar Cerrahisi B.D.
Dr.Öğretim Üyesi [illegible] ÖZTUĞ
Dip. Tes. No: [illegible]

A.Ü.T.F. İBN-İ SİNA HASTANESİ
Üroloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Murat Can KARABURUN
Dip.Tes.No: 184938 Uzm.Tes: 155461

TEGADERM ŞEFFAF IV KANÜL TESPİT ÖRTÜSÜ

1. Steril tekli paket halinde ve 6 cm x 7 cm ebatlarında olmalıdır.
2. Şeffaf olmalı, çentik dizaynı bulunmalı, kateter girişi ve uygulama bölgesinin çevresinin gözlenmesine olanak sağlamalıdır.
3. Hava geçirgen özellikte olup oksijen ve nem buharı geçişine izin vermeli, kateter girişi ve uygulama bölgesinin kuru kalmasını sağlamalıdır.
4. Şeffaf film örtü, uygulama bölgesini dışarıdan olabilecek bakteri, virus ve sıvı kaynaklı kontaminasyonlara karşı korumak ve enfeksiyon riskini azaltmak için bütünlüğü bozulmadığı takdirde sıvı, bakteri ve çapı 27 nm ve daha büyük virüsler için (HIV-1, HBV vb. virüsler) viral bariyer özelliği oluşturmalıdır. Viral bariyer özelliği ASTM F1671-97b viral penetrasyon testi ile test edilmiş olmalıdır.
5. Yapışkanı hipoalerjenik olmalı, ciltte ve kateter üzerinde kalıntı bırakmamalıdır.
6. Ürünün etrafını çevreleyen kağıt çerçevesi sayesinde kolaylıkla uygulanabilmelidir ve uygulama tarihinin yazılmasını sağlayan etiket bulunmalıdır.
7. Ürün ve ambalajı lateks içermemelidir. Ambalajı yırtılmaz materyalden yapılmış olmalıdır. 1623We
8. Uzun süreli kullanıma olanak sağlamalıdır.
9. Ürünün sağladığı yararlar ile ilgili yayınları olmalıdır.
10. Ürün, 93/42/EEC ve 2007/47/EC Tıbbi Cihaz Direktifleri'ne göre "Sınıf 2a" kriterine uygun olmalıdır. Yetkili bağımsız bir kuruluş tarafından onaylı, sınıf 2a kriterine uygunluk için gerekli olan CE 00493 Üretim Kalite Güvence Sertifikası'na sahip olmalıdır.
11. Paket üzerinde son kullanma tarihi ve uygulama şeması olmalıdır.
12. Ürün gama yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.

Dr. Can Sicimlo

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Üroloji Uzmanı
Prof.Dr.Berk BURGU
Dip. Tel. No: 90537
Dip. No: 11588

Dr. Emre Erden

TEK KULLANIMLIK GASTROSKOPİK YUMUŞAK DÜZ DİSTAL ATAÇMAN

1. Teklif edilen distal ataçman, tek kullanımlık olmalıdır ve yumuşak tasarımı sayesinde endoskoba rahatça yerleştirilebilmelidir.
2. Teklif edilen distal ataçman, endoskopik submukozal diseksiyon prosedürünü desteklemelidir.
3. Teklif edilen distal ataçmanın yan tarafında sıvının akışını sağlayan delik olmalıdır.
4. Teklif edilen distal ataçman endoskopun distal ucundan itibaren 4mm uzunluğa sahip olmalıdır.
5. Teklif edilen distal ataçmanın dış çapı 12.4mm olmalıdır.
6. Teklif edilen distal ataçman gastroskop ve kolonoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
7. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Uzm. Dr. Irmak TAHMAZ KARCI
Uzm. Tes. No: 165758

CHORION VILLUS SAMPLING SET(ET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Ultrason yardımı altında transabdominal örnekleme için kullanılmalıdır.

2) Koryon villus örnekleme aspirasyonunda kullanılmalıdır.

3) İğne ucu çift kademe kesimli olmalıdır.

4) İğne dizaynı ,ultrason görüntüleme ekipmanı kullanılırken iğne ucunun görünürlüğünün arttırılmasını sağlayacak uç kısımda 1 cme yakın ekojenik bant olmalıdır.

5) İğneler özel olarak koryon sentez işlemi için geliştirilmiş ve doku travması geliştirmeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

6) 18G-15cm kılavuz iğnesi ve 21G-20 cm örnekleme iğnesi olmalıdır.

7) Örnekleme iğnesinin ucu doku örneğini almayı kolaylaştırıcı ve küt kesimli olmalıdır.

8) Peel-open ile paketlenmiş, etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.

9) Tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır.

10) Orijinal ambalajında üretici firma ismi, üretim parti seri (LOT) numarası, son kullanma tarihi ve barkod numarası yazılı olmalıdır.

11) Teklif verecek firma önceden ilgili malzeme için uzman üyeden uygunluk almalıdır.

12) Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

13) Üretici, ithalatçı veya bayi olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olunduğuna dair belge ibraz edilmelidir.

Doç. Dr. Gülseh AYNAOĞLU YILDIZ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji BD
Dip Tescil No. 119101

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Perinatoloji Kliniği
Op. Dr. Simay FİDAN ÇALIKOĞLU
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip.Tes.No:206352 Uzm.Tes.No:161298

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Perinatoloji Kliniği
Op. Dr. Gözde CEBECİ
Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı
Dip.Tes. No 198415 Uzm Tes.No 165372

KAPNOGRAM LİNE, ENTÜBE – NONİNVAZİF SPONTAN SOLUNUM İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapnogram line Noninvazif modellerde hastalarda kişinin nefesinden bir gaz ölçüm cihazına (kapnografi) yönlendirilecek örnek toplamak ve aynı zamanda inhilasyon için burnun ve ağzın yakınında oksijen takviyesi uygulamak üzere kullanılmaya uygun olmalı ve EtCO2 monitörizasyonu, solunum hızı ve kapnografik izlem amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürün düşük akımlarda kullanım özelliğine sahip olmalı veya düşük akışlarda ölçüm yapabilecek Microstream teknolojisine sahip olmalıdır. 50 ml/ dk ve üzeri akışlarda ölçüm yapılabilmelidir.
3. Doğrudan hastadan inhale ve ekshale edilen gazların ölçümü 15 mikrolitre örnek hücreden geçerek monitör üzerinden sağlanabilmelidir. Bu sayede yüksek solunum frekanslarında okuma sağlanırken hasta sekrasyonu ve nem okuma doğruluğunu engellememelidir.
4. Yetişkin / Pediatrik Entübe hastalarda kullanılan modeller için adaptörlü modellleri olmalı ve ölü boşluk 7 cc ve ağırlık 10 gramın altına olmalıdır
5. Neonatal / Pediatrik Entübe hastalarda kullanılan modeller için adaptörlü modellleri olmalı ve ölü boşluk 1 cc ve ağırlık 4 gramın altına olmalıdır
6. Hasta izlemede yanıt süresi, 2 m uzunluktaki örnekleme hatları için 3,5 sn ya da daha az;4 m örnekleme hatları için ise 5,9 sn ya da daha az olmalıdır.
7. Ürünün kullanım süresine göre kısa dönem veya uzun dönem kullanıma uygun tipte çeşitleri olmalıdır.
8. Uzun dönem kullanım kategorisindeki ürünler için örnekleme hattı Nafion®* veya eşdeğeri nem azaltıcı bileşen içermeli ve bu sayede nem oranı yüksek ortamlarda dahi uzun süreli kullanım sağlanabilmelidir.
9. Ürünün bakteri süzme kapasitesi %99.99 olmalı veya 0,2 micron hidrofobik filtreye sahip olmalıdır.
10. Ürün EtCO2 ölçümlü maskeler ve nazal kanüller ile uyumlu olmalı veya kendi nazal kanülü aracılığıyla hastalara O2 desteği verirken aynı zamanda EtCO2 ölçümü yapabilmelidir.
11. Ürünün O2 desteği sağlamasına göre; O2 destekli veya O2 desteksiz kullanıma uygun tipte çeşitleri bulunmalıdır. O2 destekli modellerde 5 lt/ dk kadar O2 desteği

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ Prof. Dr. Özlem Selvi Can Dip. Tes. No: 33855-82601 Anesteziyoloji ve Reanimasyon

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül GÜVEN Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D Dip. Tes. No. 134977 / 142732

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D Doç. Dr. Volkan BAYTAŞ Dip. Tes. No: 119374 / 98742

Genel

sağlanarak O2 tedavileri yapılabilmelidir. Endoskopik line için 10 lt(dk kadar O2 desteği sağlanabilmelidir.

12. Ürünün kullanım tipine göre Entübasyon adaptörlü , nazal , oral/nazal veya endoskopi tipleri olmalıdır.
13. Kapnogram line uzunluğu en az 2 metre olmalıdır.
14. Ürünün erişkin, pediatrik veya yenidoğan çeşitleri olmalıdır.
15. Her 350 adet ürünle beraber kullanım için aşağıdaki özellikte 1 adet Portatif Solunum Monitörü verilecektir.
16. Portatif Solunum Monitörü ile Tidal sonu karbondioksit (etCO2) değeri , Solunum hızı (RR) , Oksijen satürasyonu (SpO2) ve Nabız hızı (PR) değerleri aynı anda izlenebilmelidir.
17. Monitörde , hastanın ventilasyon / Perfüzyon durumunun takibini sağlayan , bu sayede daha ayrıntılı ve hassas izleme opsiyonu sunan , monitör tarafından ölçülen dört önemli parametreyi bütünleştiren bir sayısal değer olan Integrated Pulmonary Index™ değeri veya muadili bir parametre izlenebilmelidir.
18. Monitörde apne ve oksijen desatürasyon olaylarının belirlenmesi ve sayısal ölçümlerinin yapılmasına yardımcı olması için kullanılan Saatlik Apne (A/hr) (ASA, Apne Satürasyon Uyarısı) ve Oksijen Desatürasyon İndeksi (ODI) değerleri de izlenebilmelidir.
19. Monitörde , Saatlik Apne (A/hr) ölçümü ile Hastanın son bir saat içinde yaşadığı (en az 10 saniyelik) solunum duraklamalarının sayısı (Ana ekranda) veya belirli bir süre boyunca saat başına ortalama duraklama sayısı izlenebilmelidir.
20. Monitörde , ODI değeri (SpO2 değerinin başlangıç değerinden %4 veya daha yüksek bir oranda düşüp 240 saniye veya daha kısa bir süre içinde başlangıç değerine geri döndüğü olayların son bir saat içindeki sayısı) izlenebilmelidir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
Doç. Dr. Volkan BAYTAŞ
Dip. Tes. No: 119174 - 89742

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
Prof. Dr. Özlem Selvi Can
Dip. Tes. No: 33855-69601
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
Dip. Tes. No: 134917 - 142132

Genel

TEK KULLANIMLIK KOLONOKSKOPİK YUMUŞAK DÜZ DİSTAL ATAÇMAN

1. Teklif edilen distal ataçman, tek kullanımlık olmalıdır ve yumuşak tasarımı sayesinde endoskoba rahatça yerleştirilebilmelidir.
2. Teklif edilen distal ataçman, endoskopik submukozal diseksiyon prosedürünü desteklemelidir.
3. Teklif edilen distal ataçmanın yan tarafında sıvının akışını sağlayan delik olmalıdır.
4. Teklif edilen distal ataçman endoskopun distal ucundan itibaren 4 mm uzunluğa sahip olmalıdır.
5. Teklif edilen distal ataçmanın dış çapı 15 mm olmalıdır.
6. Teklif edilen distal ataçman kullanılmakta olan gastroskop ve kolonoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
7. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji B.D.
Uzm. Dr. Mahmut Cüneyt YÜCEDAĞ
İç Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 218266
Uzm. Tes. No: 174912

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Uzm. Dr. Esra Nur DURMAZER
İç Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tes.No: 179403

Ankara Üniversite Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Uzm. Dr. Irmak TAHMAZ KARCI
Uzm. Tes. No: 165758